## Schleswig-Holsteinischer Landtag Umdruck 18/6921

## Per Email an den Sozialausschuss

**Von:** Eberchart Anna [mailto:A.Eberchart@steiger-stiftung.de]

**Gesendet:** Mittwoch, 16. November 2016 16:34 **An:** Sozialausschuss (Landtagsverwaltung SH)

Betreff: Drucksache 18/4586 Gesetzesentwurf Rettungsdienstgesetz

Sehr geehrter Herr Vorsitzender,

ich möchte Sie im Namen der Björn Steiger Stiftung darauf hinweisen, dass die Begründung zu §12 im Gesetzesentwurf der Landesregierung zum Rettungsdienstgesetz (Drucksache 18/4586) nicht mit der EN DIN 19976-2 vereinbar ist.

Die Begründung in dem Gesetzesentwurf "[...] Für Säuglinge sind keine Spezialfahrzeuge erforderlich, da die entscheidende Möglichkeit des Anschlusses von Inkubatoren bereits Standard (RTW DIN EN 1789) ist.[...] "lässt die Geräuschemission und die Elektrizitätsanschlüsse, die bei einem Inkubatortransport vorgesehen sind, außer acht.

Hierzu die folgenden Auszüge aus DIN EN 19976-2 "Rettungssysteme – Inkubatortransport – Teil 1: Anforderungen an Transportsyteme; Deutsche und Englische Fassung prEN 13976-2:2016":

4.2 Inkubatorlagerung/Lärm/Patientenkomfort (Stoßdämpfung)

[...]Der Lärm von zusätzlichen Ausrüstungsgegenständen darf nach EN 60601-2-20:2009 60 dB(A) nicht übersteigen.

4.9 Elektrizität

Das Inkubatortransportsystem muss während des Transports mit 12 V Gleichspannung, 24 V Gleichspannung und 230 Wechselspannung/50 Hz betrieben werden können.

Bei einem RTW werden diese zwei Voraussetzungen nicht erfüllt. Aus diesem Grund ist die Vorhaltung von Spezialfahrzeugen für den Säuglingstransport weiterhin erforderlich. Ich bitte darum, dass diese Punkte bei der Verabschiedung des Rettungsdienstgesetzes berücksichtigt werden.



## Spendenkonto:

IBAN DE51 6126 2345 0004 4440 00 - BIC GENODES1BBF - Bernhauser Bank

Präsidialrat: Prof. Dr. Jürgen Gramke - Vorsitzender,

Liz Mohn, Dr. Rüdiger Grube, Prof. Kurt Bodewig, Günther Oettinger

Vorstand: Pierre-Enric Steiger - Präsident,

Dr. med. h.c. Siegfried Steiger

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*